



**NOVOXY SYSTEM (1&2)
SYSTEM ZUM DESINFIZIEREN,
REINIGEN NEUTRALISIEREN,
ABSPÜLEN UND
KONSERVIEREN VON WEICHEN
KONTAKTLINSEN JEDER ART.**

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Vor dem Anfassen der Kontaktlinsen die Hände sorgfältig mit Wasser und Seife waschen.
2. Den Linsenbehälter bis zur Markierung mit NOVOXY 1 auffüllen.
3. Jede Linse in das dafür vorgesehene Körbchen legen, den Linsenbehälter schließen und einige Sekunden lang schütteln, um ihn von innen zu desinfizieren.
4. Die ganze Nacht über, mindestens jedoch 20 Minuten lang einwirken lassen.
5. Linsenbehälter leeren und die Körbchen mit NOVOXY 2 ausspülen.
6. Den Linsenbehälter bis zur Markierung mit NOVOXY 2 auffüllen, die Kontaktlinsen hineinlegen und den Linsenbehälter verschließen. Den Linsenbehälter ein paar Sekunden lang schütteln, um sämtliche Reste von NOVOXY 1 zu neutralisieren.
7. Die Kontaktlinsen müssen mindestens 15 Minuten lang in der Lösung NOVOXY 2 liegen bleiben. Danach können sie wieder getragen werden.

WARNHINWEISE:

- KONTAKT DER LOSUNG NOVOXY 1 MIT DEN AUGEN VERMEIDEN.
- Vor dem Tragen die Kontaktlinsen immer mit NOVOXY 2 neutralisieren.
- Den Behälter fest verschlossen bei Zimmertemperatur und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach dem Öffnen des Behälters das Produkt nicht länger als 60 Tage lang verwenden.
- Damit der Tropfenzähler sauber bleibt, nicht mit dem Tropfenzähler andere Oberflächen berühren.
- Bei Auftreten von Augenreizungen nach der Neutralisierung sofort einen Spezialisten aufsuchen.

ZUSAMMENSETZUNG:

NOVOXY 1

Lösung mit stabilisiertem Wasserstoffperoxid, 3 %.

NOVOXY 2

Timerosal 0.001 %. enzymatischer Katalysator in gepufferter, isotonischer und steriler Lösung.

F

**NOVOXY SYSTEM (1&2)
SYSTEME POUR
DÉSINFECTER, NETTOYER,
NEUTRALISER, RINCER ET
CONSERVER TOUS LES
TYPES DE LENTILLES DE
CONTACT SOUPLES.**

MODE D'EMPLOI:

1. Avant de manipuler les lentilles de contact se laver soigneusement les mains.
2. Remplir l'étui jusqu'au repère avec NOVOXY 1.
3. Placer chaque lentille dans l'alveole correspondante. fermer l'étui et agiter pendant quelques secondes pour en désinfecter l'intérieur.
4. Laisser agir pendant au moins 20 minutes ou toute la nuit.
5. Vider l'étui et rincer les compartiments avec NOVOXY 2.
6. Remplir l'étui avec NOVOXY 2 jusqu'au repère. introduire les lentilles et fermer l'étui. Agiter pendant quelques secondes pour neutraliser tous les restes de NOVOXY 1.
7. Laisser tremper les lentilles dans NOVOXY 2 pendant au moins 15 minutes. Les lentilles sont alors prêtes e l'emploi

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- ÉVITER TOUT CONTACT DU NOVOXY 1 AVEC LES YEUX.
- Avant d'être utilisées. les lentilles doivent toujours être neutralisées avec NOVOXY 2.
- Bien refermer le flacon et conserver à température ambiante. Ranger hors de la portée des enfants.
- Après l'ouverture du flacon, ne pas l'utiliser au-delà de 60 jours. Éviter tout contact avec le bec verseur.
- En cas d'irritation oculaire après la neutralisation. consulter un spécialiste.

COMPOSITION:

NOVOXY 1

Solution de peroxyde d'hydrogène stabilisé à 3%.

NOVOXY 2

Thiomersal 0.001 % et catalyseur enzymatique dans une solution stérile, isotonique et tamponnée. stérile, isote et tamponnée.



**NOVOXY SYSTEM (1&2)
SISTEMA PER
DISINFETTARE, PULIRE
NEUTRALIZZARE,
SCIACQUARE E
CONSERVARE OGNI
GENERE DI LENTI A
CONTATTO MORBIDE**

ISTRUZIONI PER L'USO:

1. Prima di manipolare le lenti, lavarsi bene le mani con acqua sapone.
2. Riempire l'astuccio portalenti al segno con NOVOXY 1
3. Collocare ogni lente nel relativo alloggiamento. chiudere l'astuccio e agitare per qualche secondo per disinfettare l'interno portalenti.
4. Lasciare agire per almeno 20 minuti o per tutta la notte.
5. Svuotare l'astuccio e sciacquare alloggiamenti con NOVOXY 2.
6. Riempire l'astuccio portalenti al segno con la soluzione NOVOXY 2, inserire le lenti e chiuderlo. Agitare per qualche secondo per neutralizzare tutti i resti di NOVOXY 1.
7. Mantenere immerse le lenti la soluzione NOVOXY 2. per almeno 15 minuti. Una volta trascorso il tempo indicato le lenti sono pronte per l'uso.

PRECAUZIONI:

- EVITARE CHE LA SOLUZIONE NOVOXY 1 ENTRI IN CONTATTO CON L'OCCHIO.
- Prima di usare le lenti: devono essere sempre neutralizzate con NOVOXY 2.
- Mantenere il flacone ben chiuso, temperatura ambiente e fuori dalla portata dei bambini.
- Dopo l'apertura del flacone, non bisogna utilizzarlo una volta trascorsi 60 giorni.
- Non toccare il contagocce con nessuna superficie, per evitarne sua contaminazione.
- Se dopo la neutralizzazione dovesse apparire dell'irritazione oculare, rivolgersi immediatamente a uno specialista.

COMPOSIZIONE

NOVOXY 1

Soluzione di perossido di idrogeno stabilizzato al 3%.

NOVOXY 2

Timerosal 0,001 % e catalizzatore enzimatico in soluzione tamponata, isotonica e sterile.



**NOVOXY SYSTEM (1&2)
DISINFECTING, CLEANING,
NEUTRALIZING, RINSING
AND STORING SYSTEM
FOR ALL TYPES OF SOFT
CONTACT LENSES.**

INSTRUCTIONS FOR USE:

1. Before handling your lenses carefully wash your hands.
2. Fill the lens case up to the mark with NOVOXY1 solution.
3. Place lenses in the lens case. Close it and shake it for a few seconds to disinfect the inside of the lens case.
4. Keep the lenses in the solution for at least 20 minutes or overnight.
5. Open the lens case and remove the solution.
6. Fill the lens case up to the mark with NOVOXY2 solution and close it. Shake for a few seconds to neutralize all the rests of NOVOXY 1 solution.
7. Keep the lenses in the NOVOXY 2 solution for at least 15 minutes and the lenses will be ready for use.

PRECAUTIONS:

- MAKE SURE NOVOXY 1 SOLUTION DOES NOT COME INTO CONTACT WITH YOURS EYES.
- Before using the lenses always neutralize them with NOVOXY 2.
- Always maintain the bottle well closed. Store at room temperature and keep out of children's reach.
- Once opened. the solution should not be used after 60 days.
- Do not touch the dropper or dirty it.
- In case of irritation, consult your contact lens specialist.

COMPOSITION:

NOVOXY 1

3% hidrogen peroxide solution

NOVOXY 2

Thimerosal 0.001 % and enzymatic catalyst in buffered, isotonic and sterile solution.



AVIZOR

La Canada. 17

28850 Torrejón de Ardoz (SPAIN)

www.avizor.com

STERILE | A